



دوره سوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۳۳۲۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی آراد ۵.۲۲۱



پارامتر	نتیجه نهایی	Sample/cutoff	روش	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
HBs Ag	Positive	۱.۴۲	ELFA	Biomerieux	Positive
HCV Ab	Negative	۰.۰۰۱	ELFA	Biomerieux	Negative
HIV Ab	Positive	۱۴.۴۴	ELFA	Biomerieux	Positive

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test	Result	CL	ECL	ELFA	ELISA	Others
HBs Ag	Negative	۴	۱	۵	۶۲	۷
	Positive	۱۵۱	۱۲۴	۱۷۶	۱۰۲۴	۱۴
	Suspicious				۵	
HCV Ab	Negative	۸۸	۱۴۱	۱۸۵	۱۰۸۱	۲۴
	Positive	۱	۱	۱	۱۲	
	Suspicious				۲	
HIV Ab	Negative	۲	۱	۱	۱۴	۱
	Positive	۱۰۴	۱۳۴	۱۸۰	۱۰۹۶	۲۳