



ایجا



برگه ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



ISO 9001:2008
Cert No. FS 565441

بیتگاه ایران
بیتگاه ایران



تاریخ: 1400/9/24 11016-1925

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی آراد

دوره: عمومی 2-1400

شماره نمونه: 5.221|001231

دانشگاه: علوم پزشکی البرز

استان: البرز

گزارش ارزیابی کیفیت بیوشیمی

نام تست	واحد	نتیجه	میانگین گروه	CV	SDI
HbA1c	%	8.4	8.39	2.18	0.01

$SDI \leq 0.99$	$1 < SDI \leq 1.99$	$2 < SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
عالی	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول

دکتر کیانرخت کردیز
متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی
نظام پزشکی: ۴۸۸۷۳