



# ایجا



## برگه ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی



11016-1925

تاریخ: 1400/9/18

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی آراد

دوره: عمومی 2-1400

شماره نمونه: 5.221 003220

دانشگاه: علوم پزشکی البرز

استان: البرز

آزمایش	نتیجه آزمایشگاه	Sample/Cutoff	روش	سازنده کیت	نتیجه مورد انتظار
HBs Ag	Negative	0.222	ECL	Roche	Negative
HCV Ab	Negative	0.088	ECL	Roche	Negative
HIV Ab	Positive	22.91	ECL	Roche	Positive

### جدول توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها برحسب روش مورد استفاده

Test						Result
	CL	ECL	ELFA	ELISA	Other	
HIV Ab	83	158	140	1098	8	Positive
	0	2	1	19	0	Negative
HCV Ab	0	0	0	4	0	Positive
	75	153	180	1063	8	Negative
	1	0	0	0	0	N.A
HBs Ag	0	1	0	0	0	N.A
	2	2	0	7	0	Suspicious
	2	2	1	42	2	Positive
	138	160	154	1017	11	Negative

دکتر کیانخت گرویز  
متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی  
نظام پزشکی: ۴۸۸۷۳