



دوره سوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۲۳۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی آراد ۵۰۲۲۱

پیشگام ایرانیان
سازمان ملی تضمین کیفیت ایران

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	
۱	WBC	۶.۰۲	۵.۷۳	۵.۸۴	۰.۶۳	۵.۰۴%	جزئیات
۲	RBC	۴.۷۲	۴.۶۵	۲.۹۳	۰.۴۷	۱.۴۲%	جزئیات
۳	Hb	۱۴۸	۱۴۳.۱۲	۲.۳۹	۱.۱۴	۳.۴۱%	جزئیات
۴	Hct	۴۵	۴۴.۰۲	۵.۷۷	۰.۵۶	۲.۲۳%	جزئیات
۵	MCV	۹۶.۲	۹۴.۷۲	۵.۱۸	۰.۳۹	۱.۵۶%	جزئیات
۶	MCH	۳۱	۳۰.۷۴	۳.۵۹	۰.۲۸	۰.۸۵%	جزئیات
۷	MCHC	۳۲۶	۳۲۴.۸۳	۵.۱۳	۰.۰۹	۰.۳۶%	جزئیات
۸	Plts	۲۰۷	۲۰۴.۵۲	۸.۳۵	۰.۱۲	۱.۲۱%	جزئیات

$SDI \leq 0.9$ ۹	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول