



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



دوره اول سال ۱۴۰۲ نمونه: ۱۴۰۲۱۱۰

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی آراد ۵.۲۲۱

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Glucose	۲۸۳	۲۷۹.۹۶	۵.۴	۰.۱۸	۱.۰۹%	جزئیات
۲	Urea	۱۱۱	۱۱۷.۰۴	۷.۹	-۰.۹۰	۵.۱۶%	جزئیات
۳	Uric Acid	۱۰.۵	۱۰.۳۷	۶.۹۷	۰.۱۶	۱.۲۱%	جزئیات
۴	Creatinine	۳.۷۸	۳.۸۱	۹.۰۲	-۰.۰۸	۰.۷۱%	جزئیات
۵	Total Bilirubin	۵.۴۹	۴.۸۹	۱۹.۴۱	۰.۸۱	۱۲.۲%	جزئیات
۶	Direct Bilirubin	۱.۷۲	۱.۶۵	۱۹.۵۴	۰.۲۳	۴.۳۷%	جزئیات
۷	Cholestrol	۲۹۳	۲۹۰.۱۵	۶.۲	۰.۱۶	۰.۹۸%	جزئیات
۸	Triglyceride	۲۶۹	۲۶۵.۳۲	۴.۹۸	۰.۱۸	۱.۳۹%	جزئیات
۹	HDL	۹۹	۸۱.۱۶	۲۲.۱۸	۱.۸۳	۲۱.۹۸%	جزئیات
۱۰	LDL	۱۳۸	۱۴۰.۱۷	۹.۱۶	-۰.۱۰	۱.۵۵%	جزئیات
۱۱	Albumin	۳.۱۸	۳.۰۷	۵.۰۸	۰.۵۸	۳.۴۵%	جزئیات
۱۲	Protein	۵.۱	۵.۱۱	۸.۶۱	-۰.۰۵	۰.۲۵%	جزئیات
۱۳	ALP	۴۲۲	۴۵۶.۹۴	۱۲.۵۴	-۰.۴۹	۷.۶۵%	جزئیات
۱۴	AST	۱۵۱	۱۳۶.۱۴	۵.۶۹	۱.۰۹	۱۰.۹۱%	جزئیات
۱۵	ALT	۱۳۸	۱۳۵.۷۳	۶.۹	۰.۱۷	۱.۶۷%	جزئیات
۱۶	CPK	۵۱۰	۴۶۵.۶۱	۱۲.۰۹	۰.۶۴	۹.۵۳%	جزئیات
۱۷	LDH	۸۰۵	۷۱۰.۴۱	۹.۶۱	۱.۶۶	۱۳.۳۲%	جزئیات
۱۸	Amylase	۳۲۳	۲۷۹.۰۷	۱۷.۸۷	۱.۳۷	۱۵.۷۴%	جزئیات
۱۹	Lipase	۳۶	۵۶.۹۵	۲۹.۰۷	-۲.۰۴	۳۶.۷۸%	جزئیات
۲۰	GGT	۱۳۸	۱۵۹.۵۱	۱۷.۱۴	-۱.۲۳	۱۳.۴۹%	جزئیات

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۲۱	Calcium	۱۲.۸	۱۲.۵۹	۶.۹۳	۰.۳۳	۱.۶۷%	جزئیات
۲۲	Phosphorus	۶.۸	۷.۱۶	۶.۰۶	-۰.۶۴	۴.۹۹%	جزئیات
۲۳	Iron	۲۲۹	۲۰۸.۰۴	۱۵.۷۱	۰.۸۴	۱۰.۰۸%	جزئیات
۲۴	TIBC	۱۸۸	۲۵۳.۵۵	۲۵.۴۴	-۱.۷۲	۲۵.۸۵%	جزئیات
۲۵	Sodium	۱۵۵.۳	۱۵۳.۰۴	۲.۸۹	۰.۷۴	۱.۴۸%	جزئیات
۲۶	Potassium	۶.۳۵	۵.۸۳	۵.۰۴	۲.۵۶	۸.۹۸%	جزئیات
۲۷	Lithium	۲.۰	۱.۹۶	۱۰.۷۹	۰.۲۰	۲.۲%	جزئیات
۲۸	TF	۱۸.۱۷	۱۸.۵۰	۱۰.۵۶	-۰.۱۵	۱.۷۸%	جزئیات
۲۹	TSH	۱۲.۵	۱۳.۴۰	۱۰.۸۶	-۰.۵۶	۶.۷۴%	جزئیات
۳۰	Total PSA	۱۷.۹۷	۱۷.۲۷	۱۰.۵۴	۰.۴۰	۴.۰۲%	جزئیات
۳۱	Ferritin	۲۴.۹۰	۲۵.۳۴	۱۱.۰۲	-۰.۱۲	۱.۷۵%	جزئیات

$SDI \leq 0.99$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول