



دوره سوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۱۳۱۰

گزارش ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی آراد ۵.۲۲۱



#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۱	Glucose	۱۰۰	۱۰۳.۳۶	۴.۵	-۰.۵۴	۳.۲۵%	جزئیات
۲	Urea	۳۷	۴۱.۵۳	۷.۹	-۱.۹۱	۱۰.۹۱%	جزئیات
۳	Uric Acid	۶.۵	۶.۰۷	۸.۵۹	۰.۹۳	۷.۱۵%	جزئیات
۴	Creatinine	۱.۳۴	۱.۳۶	۱۱.۳۶	-۰.۲۰	۱.۷۶%	جزئیات
۵	Total Bilirubin	۱.۷۶	۱.۶۲	۱۲.۲۶	۰.۵۸	۸.۷۸%	جزئیات
۶	Direct Bilirubin	۰.۹۰	۰.۹۹	۱۲.۲۱	-۰.۴۷	۹.۰۹%	جزئیات
۷	Cholestrol	۱۵۲	۱۵۵.۹۳	۴.۸۹	-۰.۴۲	۲.۵۲%	جزئیات
۸	Triglyceride	۹۸	۹۵.۰۴	۷.۱۵	۰.۴۱	۳.۱۲%	جزئیات
۹	HDL	۵۱	۵۱.۰۵	۱۳.۸۶	-۰.۰۱	۰.۱%	جزئیات
۱۰	LDL	۶۸	۷۱.۱۱	۹.۶۱	-۰.۲۹	۴.۳۷%	جزئیات
۱۱	Albumin	۴.۲۰	۴.۲۰	۵.۴۹	۰.۰۲	۰.۱۲%	جزئیات
۱۲	Protein	۶.۲	۶.۰۴	۶.۱۲	۰.۵۵	۲.۷۳%	جزئیات
۱۳	ALP	۱۵۹	۲۷۸.۶۷	۹.۷۶	-۲.۷۷	۴۲.۹۴%	جزئیات
۱۴	AST	۳۲	۳۱.۰۸	۷.۴۳	۰.۳۰	۲.۹۶%	جزئیات
۱۵	ALT	۲۳	۳۵.۷۲	۸.۵۴	-۳.۵۶	۳۵.۶۱%	جزئیات
۱۶	CPK	۱۷۰	۱۸۰.۰۷	۱۰.۸۹	-۰.۳۷	۵.۵۹%	جزئیات
۱۷	LDH	۳۶۰	۳۵۳.۰۰	۹.۸	۰.۲۵	۱.۹۸%	جزئیات
۱۸	Amylase	۷۱	۸۵.۲۵	۱۱.۱۶	-۱.۴۵	۱۶.۷۱%	جزئیات
۱۹	Lipase	۳۱	۳۲.۱۹	۲۳.۰۱	-۰.۲۱	۳.۷%	جزئیات
۲۰	GGT	۴۳	۴۴.۹۰	۸.۹۲	-۰.۳۸	۴.۲۳%	جزئیات

#	Test	Your Result	Target	CV	SDI	%Dev	جزئیات
۲۱	Calcium	۸.۶	۸.۸۲	۶.۱۱	-۰.۵۰	۲.۴۹%	جزئیات
۲۲	Phosphorus	۴.۴	۴.۳۵	۶.۱۶	۰.۱۴	۱.۰۸%	جزئیات
۲۳	Iron	۱۲۴	۱۲۲.۲۳	۴.۷۵	۰.۱۲	۱.۴۴%	جزئیات
۲۴	TIBC	۲۳۷	۲۳۰.۶۹	۱۳.۷۷	۰.۱۸	۲.۷۴%	جزئیات
۲۵	Sodium	۱۴۰.۳	۱۴۰.۲۳	۲.۰۷	۰.۰۲	۰.۰۵%	جزئیات
۲۶	Potassium	۴.۱۲	۴.۰۱	۳.۶۵	۰.۸۱	۲.۸۵%	جزئیات
۲۷	Lithium	۰.۹۸	۱.۰۰	۶.۳۵	-۰.۲۳	۲.۴۹%	جزئیات
۲۸	TF	۷.۲۲	۷.۲۰	۷.۴۷	۰.۰۲	۰.۲۲%	جزئیات
۲۹	TSH	۱.۵۰	۱.۴۶	۷.۳۷	۰.۲۲	۲.۶%	جزئیات
۳۰	Total PSA	۱۵.۸۲	۱۵.۹۸	۹.۴	-۰.۱۰	۰.۹۹%	جزئیات

$SDI \leq 0.9$	$1 \leq SDI \leq 1.99$	$2 \leq SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
حوب	قابل قبول	هشدار	غیرقابل قبول