



ایجا



برگه ارزیابی خارجی کیفیت بیوشیمی



تاریخ: 1400/9/26 11016-1925

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی آراد

دوره: عمومی 2-1400

شماره نمونه: 5.221 I001220

دانشگاه: علوم پزشکی البرز

استان: البرز

گزارش ارزیابی کیفیت بیوشیمی

نام تست	واحد	نتیجه	میانگین گروه	CV	SDI
Urine Protein	mg/l	526	549.95	4.54	-0.44

$SDI \leq 0.99$	$1 < SDI \leq 1.99$	$2 < SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
عالی	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول

دکتر کیانده خرویز  
متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی  
نظام پزشکی: ۴۸۸۷۳