



11016-1925

تاریخ: 1400/9/27

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی آزاد

دوره: عمومی 2-1400

شماره نمونه: 5.221 I001440

دانشگاه: علوم پزشکی البرز

استان: البرز

گزارش ارزیابی کیفیت بیوشیمی

نام تست	واحد	نتیجه	میانگین گروه	CV	SDI
Troponin I	ng/mL	40	38.96	6.05	0.27
CK MB activity	U/L	155	114.87	52.52	3.49
CK	IU/L	632	635.28	6.78	-0.03

$SDI \leq 0.99$	$1 < SDI \leq 1.99$	$2 < SDI \leq 2.99$	$SDI \geq 3$
عالی	قابل قبول	هشدار	غیر قابل قبول

دکتر کیان‌دخت گرویز
متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی
نظام پزشکی: ۴۸۸۷۳