



# ایجا



## برگه ارزیابی خارجی کیفیت Torch



تاریخ : 1400/9/23 11016-1925

نام آزمایشگاه : پاتوبیولوژی آزاد

دوره : Torch1400-2

شماره نمونه : 5.2211003430

دانشگاه : علوم پزشکی البرز

استان : البرز

نتیجه مورد انتظار	روش آزمایش	سازنده کیت	نتیجه نهایی آزمایش	واحد	نتیجه آزمایش	آزمایش
Positive	ELFA	Biomerioux	Suspicious	UI/mL	6.0	Toxoplasma IgG
Positive	ELFA	Biomerioux	Positive	UI/mL	50.0	Rubella IgG
Positive	ELFA	Biomerioux	Positive	UA/mL	37.0	CMV IgG
Positive						HSV IgG

چون که کیت تشخیص ایچا مستحق را انجام نداریم

توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

Test	Result	CL	ECL	ELFA	ELISA	Others
Toxoplasma IgG	Positive	59	15	4	75	2
	Negative	6	1	3	17	0
	Suspicious	13	0	16	4	1
Rubella IgG	Positive	75	26	21	101	2
	Negative	0	0	0	1	0
CMV IgG	Positive	70	17	32	83	1
	Negative	4	0	0	1	0
	Suspicious	0	0	0	1	1
HSV IgG	Positive	24	2	3	65	1
	Negative	2	0	0	3	0
	Suspicious	1	0	1	1	0

دکتر کیاندهخت گرویز  
متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی  
نظام پزشکی : ۴۸۸۷۳