



گزارش ارزیابی خارجی کیفیت A1C



دوره سوم سال ۱۴۰۱ نمونه: ۱۴۰۱۱۳۳۱

آزمایشگاه: پاتوبیولوژی آراد ۵.۲۲۱

| # | Test | Your Result | Target | CV | SDI | %Dev | |
|---|-------|-------------|--------|-----|------|-------|------------------------|
| ۱ | HbA1c | ۵.۷ | ۵.۶۲ | ۸.۸ | ۰.۱۷ | ۱.۳۵% | جزئیات |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| SDI ≤ ۰.۹ ۹ | ۱ ≤ SDI ≤ ۱.۹۹ | ۲ ≤ SDI ≤ ۲.۹۹ | SDI ≥ ۳ |
| حوب | قابل قبول | هشدار | غیر قابل قبول |